



# DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS COMUNICACIÓN DE ALERTA

UIF-P-03-POI-05\_H-08



Santa Tecla, 19 de febrero de 2016

## LA DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS (DNM) ALERTA SOBRE *INSUMO MEDICO DEFECTUOSO*

Nivel de alerta: IV.

Nombre del producto: VENTILADOR DE TRANSPORTE OXYLOG 2000 PLUS, OXYLOG 3000 Y OXYLOG 3000 PLUS

Número de registro sanitario: I.M. 023212022015.

Laboratorio Fabricante: DRÄGER MEDICAL INC.

Lotes: 5705080, 2M86300, 2M86965, 5704813 Y 5704831.

Fecha de vencimiento: NO POSEE.

Indicación/uso: Ventiladores de transporte de emergencia brindar soporte respiratorio constante para adultos y niños.

Descripción del problema encontrado: Se ha encontrado un problema eléctrico, puede hacer que el dispositivo deje de funcionar si no se utilizan regularmente los botones de control (potenciómetros de ajuste). Si el operador del dispositivo no interviene, el paciente no puede recibir suficiente oxígeno y podría sufrir graves consecuencias adversas para la salud, incluyendo lesiones o la muerte.

La DNM alerta a toda la población a abstenerse de adquirir y/o utilizar éste equipo, en virtud de que su uso representa un riesgo para la salud de la persona que lo utiliza.

La DNM recomienda a los establecimientos de salud o personas naturales que posea este equipo, colocarlos fuera de uso, hasta finalizar la investigación, contactar al proveedor y notificar a ésta Dirección llamando al teléfono gratuito 136.

Se informa que la DNM continuará las acciones de vigilancia, como el aseguramiento de equipos, para evitar la venta de los mismos porque representan un riesgo a la población.

Medicamentos a tu alcance



# DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS COMUNICACIÓN DE ALERTA

UIF-P-03-POI-05\_H-08



ANEXOS



OXYLOG 3000 PLUS



OXYLOG 2000

Medicamentos a tu alcance